

T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 93342545-934-01-03

Konu : Bisiklet Ergonometresi Egzersiz Cihazı Talebi

Sayın;

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü Nizip Sağlıklı Yaşam Merkezi Bisiklet Ergonometresi Egzersiz Cihazı Talebi ihtiyacı olan ve ekte listelenen Malzemelerin temini işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca Açık İhale Usulü ile temin edilecektir.

Yaklaşık maliyete esas olmak üzere KDV hariç fiyatların 09/03/2020 tarihi mesai bitimine kadar elden kapalı zarf içerisinde veya gaziantep.yaklasma@saqlik.gov.tr mail adresine veya 0342 220 96 22 numaralı faks numarasına gönderilmesini rica ederim.

Umut KAHRAMAN
Uzman

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	ERGONOMETRE-İŞ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ, BİSİKLET ERGONOMETRESİ EGZERSİZ CİHAZI	1	Adet		
				GENEL TOPLAM	

Eki:

1-Teknik Şartname (1 sayfa)

İdari Hususlar:

- 1- Teklifler TL olarak verilecektir.
- 2- Taşıma,Nakliye ve teknik şartnamede belirtilen giderler firmaya aittir.
- 3- Malzemeler ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir.
- 4- Teklif verilen ürüne ait ÜTS/TİTUBB barkod kodu varsa SUT koduda belirtilecektir.
- 5-Açık adres,kaşe ve imza olmayan silinti ve kazıntı olan teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.

NİZİP SALİH EKMEKÇİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ FİZYOTERAPİ ODASI İHTİYAÇ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ERGOMETRE-İŞ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ, BİSİKLET ERGOMETRESİ EGZERSİZ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ergometre rehabilitasyon ve aerobik performans ölçümlerine uygun şekilde dikey bisiklet dizaynına sahip olmalıdır.
2. Ergometre herhangi bir güç kaynağına (elektrik ve batarya) ihtiyaç duymadan bağımsız çalışabilmelidir.
3. Ergometrenin kullanımı kolay, çok renkli, arkadan aydınlatmalı geri bildirim ekranı olmalıdır.
4. Ergometrenin ekranında zaman, mesafe, watt, nabız gibi değerler görülebilmelidir.
5. Ergometrenin sporcu/hasta taşıma kapasitesi en az 150 kg olmalıdır.
6. Ergometrede yükleme aralığı en az 15-750 watt arasında 5'er watt'lık aralıklar ile RPM den bağımsız olarak ayarlanabilmelidir.
7. Ergometrede yükleme aralığı RPM'ne bağlı olarak 15-1000 watt arasında 5'er watt'lık aralıklar ile ayarlanabilmelidir.
8. Ergometrenin selesi yukarı-aşağı, ileri-geri olarak ayarlanmalıdır ve ergometre sağlam ve stabil alüminyum şaseye sahip olmalıdır.
9. Ergometrenin oturma yeri ile tutuma kolları arasındaki bulunan alan yüksekliği sporcuların/hastaların rahat inip/binmesi için en fazla 10cm olmalıdır.
10. Ergometre sessiz ve sağlam çalışmalıdır.
11. Ergometrenin kayış sistemi Hybrid Brake System (HBS) teknolojisi olmalıdır bu sayede ani pedal çevirmelerinde sıyırma / kaçırma olmamalıdır.
12. Ergometrenin pedal hızı en az 20 ile 120 rpm/dak arasında olmalıdır.
13. Ergometrenin kardiyopulmoner egzersiz test sistemlerine bağlanabilmesi için RS232 çıkışı olmalıdır.
14. Ergometreden HR ölçümü yapılabilmelidir.
15. Ergometrede en az aşağıdaki hazır terapi ve test protokolleri olmalıdır; Terapi, İnterval, Caslorie, Hill, Random, Distance, IPN-Test, Astrand-Test, PWC-Test, Laktat-Test, Standart-Test ve Conconi-Test
16. Ergometrenin ağırlığı 65 kg'ı geçmemelidir.
17. Ergometre medikal cihaz statüsünde olmalıdır ve bu belgelenmelidir.
18. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeterlik Belgesine sahip olmalı ve teklifinde bunu belgelemelidir.
19. Cihaz en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışacaktır. Firma bu süreye ulaşamaması halinde, ulaşamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre ekleneceğini taahhüt etmelidir.
20. Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır ve firma 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça verebileceğini taahhüt etmelidir.
21. Cihaz Ürün Takip Sistemine kayıtlı olmalıdır ve faturada ÜTS barkod bilgisi yazmalıdır.
22. Cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yönetmeliğin '3' maddesi 'o' bendine istinaden tanı ve/veya tedavi amaçlı üretilmiş olmalıdır.
23. Cihazın Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

Halise YAŞAR
Fizyoterapist - Danışman
Mezra Mah. Güneş Sokak No 13/10
Gsm : 0.545 607 91 25, BİRECİK/Ş. URFA
Birecik Vergi Dairesi, 4450 906 5968

Dr. Zeynep KATIRLI
Diy. Tes. Md. 211080
Nizip İlçe Sağlık Müdürlüğü